

令和8年度AED（自動体外式除細動器）購入

1 概要

公立保育所7園に設置の平成30年製AED（自動体外式除細動器）について、耐用期間（8年）を経過するため、更新する。

2 調達の対象及び製品仕様

(1) 調達の対象

調達物品名称	数量
AED（自動体外式除細動器）	7式

(2) 製品仕様

	仕様項目	要件
1	言語	・製品の文字表記や音声ガイドが日本語であること。
2	対象年齢	・保育所で使用することから、小児モード等により0歳から使用可能なものであること。なお、小児モードへの切替はスイッチ（ボタン）で容易に切替できること。 ・緊急時に速やかに使用するために、電極パッドについては、成人用と小児用の区別なく兼用で使用できること。
3	耐用期間	・8年間
4	使用温度	・-5℃～50℃程度（寒冷地であることから氷点下での使用を想定）
5	救助支援	・音声ガイドに加えて、液晶画面によるイラストでの支援があること。
6	サイズ等	・サイズ：幅206×高さ97×奥行252mm程度 ・質量：2.4kg程度（バッテリーパック及び使い捨て電極パッドを含む）
7	付属品	・AED本体用キャリーバッグ （以下消耗品も収納可能なもの） ・バッテリーパック ・使い捨て電極パッド ・レスキューキット（タオル/ハサミ/蘇生用マウスピース/剃刀/グローブ等緊急時に速やかにAEDを使用するための消耗品）
8	その他	・既存品（日本光電AED-3100）7台（各園1台）の処分を行うこと。（処分費を含むこと。）

3 納品場所

公立保育所 7 園（各園 1 式）

・松川保育園	〒383-0013	中野市大字中野 1461 番地 1	TEL 22-2248
・たかやしろ保育園	〒383-0004	中野市大字赤岩 1525 番地 2	TEL 22-6611
・さくら保育園	〒383-0037	中野市大字小田中 119 番地 1	TEL 22-3244
・ひまわり保育園	〒383-0025	中野市三好町一丁目 6 番 12 号	TEL 22-3324
・みなみ保育園	〒383-0034	中野市大字新野 335 番地 2	TEL 26-2187
・ひらおか保育園	〒383-0063	中野市大字間長瀬 496 番地 2	TEL 26-2525
・とよた保育園	〒389-2101	中野市大字豊津 3079 番地 1	TEL 38-2123

4 納期限

令和 8 年 5 月 29 日（金）

5 参考製品

参考製品については、次のとおり。なお、参考製品以外を選定する場合は、無償で製品パンフレット等を準備のうえ、応札前に発注課で仕様の確認をすること。

- ・ 本体

日本光電 AED-3150

- ・ 付属品

日本光電バッテリーパック SB-310V

日本光電使い捨て電極パッド P-740

日本光電 AED/CPR レスキューキット YZ-043H3